

OPIS PREDMETU ZAKÁZKY

Názov položky :

Antigénový test na COVID-19 pre výter z nosa, hrdla, špičky nosa (3v1)

Špecifikácia:

Predmetom zákazky je kúpa a dodanie antigénových testov v celkovom množstve 14 400 ks, určených na diagnostikovanie infekcie SARS-CoV-2.

Test je určený pre použitie príslušnými odborníkmi (osoba oprávnená realizovať zdravotnícky výkon v zmysle zákona 578/2004 Z.z. v znení zákona č. 243/2020 Z.z.), nie na samotestovanie.

Minimálne požiadavky na diagnostický rýchlotest:

- in vitro zdravotnícka pomôcka,
- na kvalitatívnu detekciu SARS-CoV-2,
- určené na výter z nosa, hrdla, špičky nosa (3v1)
- skladovanie a stabilita pri izbovej teplote,
- špecifická testu vyššia ako 99,47 %,
- senzitivita testu vyššia ako 97,00 %,
- klinická presnosť testu vyššia ako 98,00 % pre každý spôsob odberu
- odčítanie výsledku testu do 15 min od nanesenia vzorky na doštičku
- návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku

Minimálny obsah balenia:

- odberový tampón na výter z nosa, hrdla, špičky nosa (3v1)
- skúmavka na extrakciu a prípravu roztoku s bufferom,
- príručný stojan na extrakčné skúmavky,
- doštička na vykonanie diagnostického testu,
- dodanie v krabiciach po 24 balení, 25 ks v jednom balení
- súčasťou dodávky sú nádoby na zber infekčného odpadu podľa § 9 ods. 2 vyhlášky č. 553/2007 Z.z.

Označenie na balení výrobku (krabičke):

- označenie CE,
- typové číslo, číslo šarže alebo sériové číslo,
- meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú obchodnú značku,
- expirácia 24 mesiacov

Dodacie podmienky:

- dodanie najneskôr do 3 dní od účinnosti zmluvy na adresu obstarávateľa na základe vystavenia objednávky